

# Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ

Краткое руководство по эксплуатации

ДДГМ.030.000.001 РЭ1

Редакция 14, 2021



НТЦ Метротек

Никакая часть настоящего документа не может быть воспроизведена, передана, преобразована, помещена в информационную систему или переведена на другой язык без письменного разрешения производителя. Производитель оставляет за собой право без дополнительного уведомления вносить изменения, не влияющие на работоспособность прибора, в аппаратную часть или программное обеспечение, а также в настоящее руководство по эксплуатации.

# Оглавление

1. Введение .....	5
1.1. Общие сведения .....	5
1.2. Основные возможности .....	5
1.3. Комплект документации .....	5
1.4. Комплект поставки.....	6
2. Меры безопасности.....	7
3. Подготовка к работе .....	8
4. Внешний вид .....	9
4.1. Включение и выключение прибора .....	9
4.2. Тестовые порты .....	11
4.3. Индикаторы состояния портов А, В, LAN .....	11
4.4. Разъёмы боковой панели .....	12
4.5. Светодиодные индикаторы .....	12
4.6. Индикатор Power .....	13
4.7. Клавиатура .....	13
5. Подключение к прибору.....	15
5.1. Параметры подключения .....	15
5.2. Подключение по интерфейсу Ethernet .....	15
5.2.1. ОС Linux .....	15
5.2.2. ОС Windows .....	16
5.3. Подключение по интерфейсу USB .....	17
5.3.1. ОС Linux .....	17
5.3.2. ОС Windows .....	17
6. Конфигурация прибора .....	19
6.1. Изменение пароля.....	19
6.2. Добавление пользователей.....	19
7. Обновление программного обеспечения прибора.....	20
7.1. Подготовка к обновлению .....	20
7.2. Алгоритм обновления .....	20
8. Веб-интерфейс .....	21
8.1. Подключение .....	21
8.2. Удалённое управление (VNC) .....	23

9. Методика поверки .....	24
10. Техническое обслуживание прибора.....	24
10.1. Процедура заряда аккумуляторной батареи .....	24
11. Техническая поддержка .....	25
12. Спецификации .....	26
12.1. Интерфейсы .....	26
12.2. Общие характеристики .....	26
12.3. Тестирование .....	26
12.4. Опции поставки.....	29

# **1. Введение**

В настоящем руководстве представлены сведения об основных функциях, способах подключения и настройке тестера-анализатора сетей Ethernet Беркут-ЕТ.

## **1.1. Общие сведения**

Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ (далее по тексту также «прибор», «устройство») предназначен для проведения анализа и диагностического тестирования трактов на скоростях от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с, оценки качества услуг, создания 100 % нагрузки на оборудование и сеть, измерения полосы пропускания, задержки передачи и джиттера. Прибор выполняет тестирование по методике RFC 2544, рекомендации Y.1564, создаёт Ethernet-шлейф и получает статистику по принимаемому и передаваемому трафику.

## **1.2. Основные возможности**

- Генерация и регистрация трафика с нагрузкой до 100% на любом уровне стека TCP/IP.
- Диапазон скоростей передачи данных в сетях: от 10 Мбит/с до 1 Гбит/с.
- Измерение характеристик сетевых устройств по методике RFC 2544.
- BER тестирование.
- Измерения по рекомендации Y.1564: проверка на соответствие SLA.
- Поддержка VLAN Q-in-Q и MPLS.
- Измерение пакетного джиттера.
- Режим интеллектуального шлейфа (Smart Loopback) с одновременным сбором статистики.
- Поддержка односторонних (One-Way) измерений.
- Поддержка PTP/IEEE 1588.
- Удалённое управление M720 (Smart SFP).
- Измерение параметров сетей передачи данных с точностью, соответствующей требованиям Приказа №870 Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 19.12.2019 года.

## **1.3. Комплект документации**

Вместе с прибором поставляются следующие руководства по эксплуатации:

- «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по структуре меню».
- «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по тестированию».

- «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по командам удалённого управления».

#### **1.4. Комплект поставки**

Комплект поставки тестера-анализатора зависит от заказа и приведён в паспорте.

## 2. Меры безопасности

- До начала работы с прибором внимательно изучите настояще руководство по эксплуатации.
- Если прибор транспортировался или хранился при отрицательных температурах, то перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
- Условия эксплуатации должны соответствовать условиям, приведённым в разделе 12.
- При эксплуатации прибора должны выполняться общие требования правил пожарной безопасности.
- Питающая сеть не должна иметь резких скачков напряжения. Рядом с рабочим местом не должно быть источников сильных магнитных и электрических полей.
- Необходимо оберегать прибор от ударов, попадания влаги и пыли, продолжительного воздействия прямых солнечных лучей.
- При длительных перерывах в работе рекомендуется отключать блок питания прибора от сети.
- **Внимание!** Во избежание выхода из строя измерительных интерфейсов запрещается использовать прибор в сетях с фантомным (неуправляемым или неотключаемым) напряжением питания PoE.

### **3. Подготовка к работе**

До начала работы с прибором Беркут-ЕТ необходимо выполнить следующие действия:

1. После извлечения устройства из упаковки произвести внешний осмотр и проверить комплектность в соответствии с паспортом.
2. Если прибор транспортировался или хранился при отрицательных температурах, то перед включением следует выдержать его в нормальных климатических условиях не менее 2 часов.
3. Подключить блок питания к разъёму питания прибора (см. рис. 4.6), а затем к электрической розетке. После подключения загорается индикатор «Power» (см. раздел 4.6).
4. Включить прибор, нажав на клавишу  (см. раздел 4.1).

**Примечание.** Подробная информация о работе с меню представлена в брошюре «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по структуре меню».

## 4. Внешний вид




Рисунок 4.1. Внешний вид прибора Беркут-ЕТ

### 4.1. Включение и выключение прибора

Для включения прибора необходимо нажать и удерживать клавишу  в течение 2-3 с. После загрузки системы на экране отобразится меню «Настройки»:



Рисунок 4.2. Меню «Беркут-ЕТ. Настройки»

Для выключения прибора следует однократно нажать на клавишу  , после чего на экране появится сообщение о выключении прибора:




Рисунок 4.3. Сообщение о выключении прибора

Для выключения прибора с сохранением всех настроек необходимо нажать на клавишу  или дождаться автоматического выключения по истечении 10 с.

При нажатии на клавишу  прибор выключен не будет.

Для принудительного выключения следует нажать и удерживать клавишу  в течение 4 с.

**Примечание.** Принудительное завершение работы используется в случае, когда прибор перестал отвечать на нажатия клавиш или возникла экстренная необходимость выключения. При этом настройки прибора не сохраняются.

## 4.2. Тестовые порты




Рисунок 4.4. Верхняя панель прибора

Верхняя панель прибора Беркут-ЕТ имеет два порта (A и B) для подключения к тестируемому устройству или сети Ethernet/Gigabit Ethernet. Каждый порт содержит 2 разъёма — RJ-45 и SFP. Во время тестирования используется только один из разъёмов.

## 4.3. Индикаторы состояния портов A, B, LAN

Порты A, B и LAN прибора Беркут-ЕТ имеют по два светодиодных индикатора для определения состояния и активности соединения.




Рисунок 4.5. Светодиодные индикаторы «Act» и «Link»

Таблица 4.1. Описание светодиодных индикаторов «Act» и «Link»

Индикатор	Цвет	Описание
Act	оранжевый (мигает)	идёт приём/передача данных
	—	приём/передача данных не осуществляется
Link	зелёный	соединение установлено
	—	соединения нет

#### 4.4. Разъёмы боковой панели




Рисунок 4.6. Боковая панель прибора

Маркировка	Назначение
	Подключение внешнего блока питания.
USB (USB A)	Подключение внешних USB-накопителей и Wi-Fi адаптеров. Примечание. Допускается использовать только проверенные и рекомендованные производителем Wi-Fi адAPTERы. Для получения актуального списка адAPTERов следует обратиться в службу технической поддержки (см. раздел 11).
micro SD	Разъём с картой памяти, содержащей программное обеспечение прибора. <b>Примечание.</b> Работа прибора без установленной карты невозможна. Недопустимо извлекать карту памяти из разъёма для использования в других устройствах.
	Кнопка аппаратного сброса.
LAN	Удалённое управление устройством (описание светодиодных индикаторов разъёма приведено в разделе 4.3).
USB (USB B)	Подключение к персональному компьютеру.

#### 4.5. Светодиодные индикаторы




Рисунок 4.7. Светодиодные индикаторы лицевой панели

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
Link	зелёный	горит постоянно	соединение с тестируемым оборудованием установлено
	красный	горит постоянно	соединения нет
	-	не горит	интерфейс не активен
Tx	зелёный	мигает или горит постоянно	идёт передача пакетов

Индикатор	Цвет	Состояние	Описание
	—	не горит	передача пакетов не осуществляется
Rx	зелёный	мигает или горит постоянно	идёт приём пакетов
	—	не горит	приём пакетов не осуществляется
Test	зелёный	горит постоянно	проводится тестирование
		мигает	включен режим «Шлейф»
	—	не горит	режим «Шлейф» выключен, тестирование не проводится

**Примечание.** Для отображения подписей к светодиодным индикаторам служит клавиша  (см. раздел 4.7)

## 4.6. Индикатор Power

Светодиодный индикатор, расположенный в нижней части передней панели корпуса прибора, загорается при подключении внешнего источника питания:

- зелёный: аккумуляторные элементы заряжены;
- оранжевый: идёт заряд аккумуляторных элементов (после окончания заряда индикатор загорится зелёным);
- зелёный и кратковременно мигает оранжевым: выполняется проверка аккумуляторных элементов на уровень заряда (при уровне более 90 % заряд включён не будет).

## 4.7. Клавиатура

Клавиша	Описание
	<i>Включение/выключение прибора</i> (см. раздел 4.1)
	<i>Главное меню</i> Клавиша возврата в главное меню из любого подменю.
	<i>Информационная панель</i> Клавиша для отображения подписей к светодиодным индикаторам (см. раздел 4.5). Цвет фона подписи совпадает с цветом соответствующего индикатора.
	<i>Ввод</i> Клавиша перехода в меню или подменю. При выборе пункта меню, позволяющего вводить значения параметров, нажатие на клавишу обеспечивает переход в режим задания данных. Повторное нажатие подтверждает введённые значения.
	<i>Отмена/Выход</i> Клавиша перехода в предыдущее меню. В режиме задания данных служит для отмены ввода данных.

Клавиша	Описание
	<i>Функциональные клавиши</i>
	<i>Клавиши управления курсором</i>
	<i>Клавиши ввода цифр, букв и символов</i>

## 5. Подключение к прибору

Подключение к прибору выполняется с помощью персонального компьютера (ПК) по интерфейсу Ethernet (см. раздел 5.2) или USB (см. раздел 5.3).

### 5.1. Параметры подключения

На приборе установлена ОС Linux и созданы три учётные записи: root, admin и user.

Имя	Назначение	Интерфейс для подключения к прибору
root	Управление файлами и сетевыми интерфейсами, установка пакетов.  <b>Примечание.</b> Под учётной записью root работать с прибором следует предельно внимательно.	USB (см. раздел 5.3)  <b>Примечание.</b> По умолчанию, под учётной записью root доступ к прибору возможен только по интерфейсу USB. Для работы под учётной записью root при подключении по интерфейсу Ethernet необходимо сначала подключиться к прибору под учетной записью user, а затем перейти под учетную запись root с помощью команды su.
admin	Управление функциями прибора.	USB, Ethernet (см. раздел 5.2)
user	Подключение к прибору, доступ к руководствам пользователя.	USB, Ethernet

В таблице ниже приведены параметры для первого подключения к прибору. После соединения с прибором пароли можно изменить, следуя указаниям раздела 6.1. IP-адрес порта LAN задаётся в меню «Измерения» ⇒ «Параметры интерфейсов».

Параметр	Значение по умолчанию
IP-адрес порта LAN	192.168.0.1
Пароль для учётной записи root	PleaseChangeTheRootPassword
Пароль для учётной записи admin	PleaseChangeTheAdminPassword
Пароль для учётной записи user	PleaseChangeTheUserPassword

**Примечание.** Настоятельно рекомендуется изменить пароль для учётной записи root при подключении прибора к сети общего пользования (см. раздел 6.1).

### 5.2. Подключение по интерфейсу Ethernet

#### 5.2.1. ОС Linux

Для установки соединения между ПК и прибором следует:

- Подключить порт LAN прибора к ПК или сети.
- Включить прибор, нажав на кнопку включения/выключения питания.

3. На ПК открыть окно терминала и ввести команду:

```
ssh admin@IP-адрес_порта_LAN (или ssh user@IP-адрес_порта_LAN)
```

4. Ввести пароль для используемой учётной записи.

После успешного ввода пароля в окно терминала будет выведено приглашение (рис. 5.1). После этого можно управлять прибором с помощью команд, представленных в брошюре «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по командам удалённого управления».

The screenshot shows a terminal window with a menu bar (File, Edit, View, Terminal, Help) and a scroll bar on the right. The terminal session starts with the command `ssh admin@192.168.222.166`. It prompts for the password, which is not shown. After logging in, it displays system information: Linux etn 3.18.0-mtk-0.0.3+ #5 SMP Tue Aug 11 17:42:50 MSK 2015 armv7l. It then welcomes the user to ETN network analyzer! and provides connection details: Last login: Thu Aug 13 09:34:47 2015 from sonic.ddg, Trying 255.255.255.254..., Connected to 255.255.255.254, Escape character is 'off'. Finally, it shows the device's name: BERcut-ET Gigabit Ethernet Analyzer. (C) 2008-2015 Metrotek, followed by a prompt BERcut-ET#.

Рисунок 5.1. Приглашение командной строки

### 5.2.2. OC Windows

Для установки соединения между ПК и прибором Беркут-ЕТ следует:

1. Подключить порт LAN прибора к ПК или сети.
2. Включить прибор, нажав на кнопку включения/выключения питания.
3. Открыть терминальный клиент с поддержкой SSH, например PuTTY.
4. Задать IP-адрес порта LAN и войти в систему.
5. Ввести имя пользователя: admin или user.
6. Ввести пароль для выбранной учётной записи.

После успешного ввода пароля можно управлять прибором с помощью команд, представленных в брошюре «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по командам удалённого управления».

## 5.3. Подключение по интерфейсу USB

### 5.3.1. ОС Linux

Взаимодействие с прибором в ОС Linux осуществляется посредством стандартного драйвера USB serial и любой доступной терминальной программы (например, minicom).

Для установки соединения между персональным компьютером (ПК) и прибором с использованием программы minicom необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить порт USB B прибора к USB-порту ПК.
2. Включить прибор, нажав на кнопку включения/выключения питания.
3. На ПК запустить программу minicom:

```
minicom -D /dev/ttyUSB0 -b 115200
```

**Примечание.** В настройках программы minicom необходимо выключить аппаратное и программное управление потоком.

4. В случае успешного соединения в окно терминальной программы будет выведено приглашение для ввода имени пользователя и пароля.

После корректного ввода параметров подключения можно управлять прибором с помощью команд, представленных в брошюре «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по командам удалённого управления».

### 5.3.2. ОС Windows

Взаимодействие с прибором в ОС Windows осуществляется посредством драйвера Virtual COM Port. Данный драйвер следует предварительно установить на ПК для инициализации прибора в системе. Файлы драйверов для различных операционных систем и указания по их установке представлены на сайте компании FTDI Chip: <http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>.

**Примечание.** Взаимодействие с прибором может обеспечиваться как стандартными средствами ОС Windows — программой HyperTerminal, так и терминальными программами сторонних производителей.

Для установки соединения между ПК и прибором с использованием программы HyperTerminal необходимо выполнить следующие действия:

1. Подключить порт USB B прибора к USB-порту ПК.
2. Включить прибор, нажав на кнопку включения/выключения питания.
3. На ПК запустить программу HyperTerminal.
4. Создать новое подключение: «Файл» ⇒ «Новое подключение».
5. Задать имя подключения.
6. Определить, каким СОМ-портом в системе является подключённый прибор, обратившись к стандартному приложению «Диспетчер устройств»:

«Мой компьютер» ⇒ «Свойства» ⇒ «Оборудование» ⇒ «Диспетчер устройств».

7. Выбрать последовательный порт, к которому подключён прибор.
8. Установить параметры последовательного порта:
  - скорость (бит/с): 115 200;
  - биты данных: 8;
  - чётность: нет;
  - стоповые биты: 1;
  - управление потоком: нет.
9. После нажатия на кнопку Enter HyperTerminal попытается установить соединение с прибором. В случае успешного соединения в окно терминальной программы будет выведено приглашение для ввода имени пользователя и пароля.

После корректного ввода параметров подключения можно управлять прибором с помощью команд, представленных в брошюре «Тестер-анализатор сетей Ethernet Беркут-ЕТ. Руководство по командам удалённого управления».

## **6. Конфигурация прибора**

### **6.1. Изменение пароля**

Для изменения пароля по умолчанию (см. раздел 5.1) следует:

1. Подключиться к прибору, используя учётную запись «root».
2. Подмонтировать файловую систему на запись командой «mount -o rw,remount /».
3. Ввести команду «passwd» и следовать указаниям на экране ПК.

### **6.2. Добавление пользователей**

Для добавления новых пользователей следует:

1. Подключиться к прибору Беркут-ЕТ (см. раздел 5), используя учётную запись root.
2. Ввести команду «adduser» и следовать указаниям на экране ПК.

## **7. Обновление программного обеспечения прибора**

Обновление программного обеспечения (ПО) прибора Беркут-ЕТ выполняется с помощью SD карты. Обновлённое ПО может включать как исправление ошибок, так и новые функциональные возможности.

### **7.1. Подготовка к обновлению**

Zip-архивы с обновлением ПО доступны на сайте <https://metrotek.center>. Также архив с актуальной версией ПО можно получить, написав запрос по адресу support@metrotek.ru. Перед обновлением необходимо распаковать архив и ознакомиться с содержимым файла readme.txt, в котором хранится важная информация о релизе ПО.

Сохранённые на приборе отчёты в процессе обновления будут удалены. Отчёты можно предварительно сохранить на ПК через веб-интерфейс (см. раздел 8).

Перед обновлением нужно записать ключ, открывающий опции на приборе: меню «Настройки» ⇒ «Установки прибора» ⇒ «Опции».

### **7.2. Алгоритм обновления**

1. Скачать и установить на ПК с ОС Windows 7/8 программу записи образа на SD карту (например, Win32 Disk Imager).
2. Извлечь из прибора SD карту и подключить её к ПК с помощью встроенного или внешнего устройства для чтения карт памяти.
3. Отформатировать SD карту, выбрав файловую систему Fat32.
4. Открыть программу Win32 Disk Imager и выбрать путь к ранее разархивированному образу. Запись образа на SD карту занимает от 5 до 20 минут.
5. Подключить к прибору внешний источник питания.
6. Установить SD карту в прибор и проверить его работоспособность.

## 8. Веб-интерфейс


Веб-интерфейс позволяет взаимодействовать с прибором посредством протокола HTTP и браузера. С помощью веб-интерфейса можно:

- просмотреть и сохранить на ПК результаты и настройки основных тестов: RFC 2544, BERT, Jitter, Y.1564;
- управлять функциями прибора по протоколу VNC;
- выполнить снимок экрана прибора;
- открыть и скачать на ПК сохранённые отчёты о результатах тестирования;
- открыть и сохранить на ПК руководства пользователя;
- скачать последнюю версию ПО для прибора.

### 8.1. Подключение

1. Подключить порт «LAN» и ПК к одной локальной сети.
2. Включить прибор.
3. Перейти в меню «Настройки» ⇒ «Параметры сети». Получить по DHCP или назначить вручную из локальной сети IP-адрес порта «LAN».

*Примечание.* IP-адрес порта «LAN» по умолчанию — 192.168.0.1.



4. На ПК открыть браузер и в адресную строку ввести полученный или назначенный IP-адрес порта «LAN».



На открывшейся в браузере странице доступны следующие кнопки:

- «RFC 2544», «BERT», «Jitter», «Y.1564» – позволяют просмотреть и сохранить на ПК результаты и настройки тестов. При нажатии на кнопку с названием теста открывается страница, на которой отображаются настройки и результаты последнего проведённого теста. В случае, если тест никогда не проводился, на странице выводятся настройки по умолчанию. Кнопка «Download report» предназначена для сохранения на ПК результатов последнего проведённого теста в виде CSV-файла. Перед загрузкой можно выбрать тип разделителя полей – «semicolon» (точка с запятой) или «comma» (запятая).

**Примечание.** После перезагрузки прибора результаты всех тестов удаляются.

- «Screenshot/VNC» – при нажатии на кнопку осуществляется переход к удалённому управлению прибором по протоколу VNC (см. раздел 8.2). В данном режиме можно сохранить на ПК снимок экрана прибора.
- «Saved Results» – позволяет просмотреть список сохранённых на приборе отчётов о результатах тестирования, открыть их и сохранить на ПК в форматах pdf, docx, txt, html.
- «Documentation and Support» – страница содержит список руководств пользователя в формате pdf, которые можно открыть и сохранить на ПК. Также на странице доступны контактные данные службы технической поддержки и кнопка «Get Latest Firmware», позволяющая перейти к ссылкам для скачивания последней версии ПО прибора.

## 8.2. Удалённое управление (VNC)

Удалённое управление<sup>1</sup> в графическом режиме осуществляется с использованием протокола VNC (Virtual Network Computing). Такое подключение позволяет получить на мониторе ПК изображение экрана прибора Беркут-ЕТ. При помощи компьютерной мыши и клавиатуры можно запускать тесты, сохранять и просматривать результаты измерений, управлять функциями прибора и выполнять другие необходимые действия.




Рисунок 8.1. Удалённое управление по протоколу VNC

---

<sup>1</sup> В базовую конфигурацию не входит. Доступно при дополнительном заказе опции «ETRC».

## **9. Методика поверки**

Порядок проведения поверки приведён в методике поверки.

## **10. Техническое обслуживание прибора**

Техническое обслуживание прибора состоит из следующих операций:

- периодический внешний осмотр устройства, блока питания и кабелей с целью содержания в исправном и чистом состоянии;
- периодический заряд аккумуляторной батареи для увеличения её срока службы и поддержания номинальной ёмкости.

*Примечание.* При длительном хранении прибора на складе батарею рекомендуется заряжать 1 раз в 3 месяца.

### **10.1. Процедура заряда аккумуляторной батареи**

Аккумуляторную батарею следует заряжать:

- при частичном или полном разряде в процессе эксплуатации прибора;
- если при полностью разряженной батарее прибор не использовался больше 1 месяца;
- если при полностью заряженной батарее прибор не использовался больше 4 месяцев.

Для заряда аккумуляторной батареи следует подключить к прибору внешний блок питания и убедиться, что заряд начался — светодиодный индикатор «Power» горит оранжевым. После окончания заряда цвет индикатора изменится на зелёный.

Если прибор длительное время не использовался или находился на хранении, его батарея полностью разряжается. В этом случае при подключении блока питания будет проведён предварительный подзаряд аккумуляторной батареи безопасным малым током, который может продолжаться до 48 часов. При этом значение тока, отображаемое в меню «Настройки» ⇒ «Установки прибора» ⇒ «Аккумулятор», составляет 0 А. Как только значение тока достигнет >0.5 А, начнётся заряд в обычном режиме, длительность которого составит около 2-3 часов.

Если в течение 20-24 часов прибор не начал заряжаться (индикатор «Power» горит зелёным), следует вынуть штекер блока питания из прибора на 5-10 секунд, а затем вставить обратно. Если в течение следующих суток заряд так и не начался, необходимо повторно вынуть и вставить штекер блока питания.

Если в течении 48 часов батарея не подзарядилась, не зарядилась полностью или не вышла на процедуру заряда, необходимо повторить действия, описанные выше.

*Примечание.* Инструкция, приведённая выше, актуальна для приборов с аппаратными версиями 4.0, 4.1, 4.2.

## **11. Техническая поддержка**

Заявки по всем техническим вопросам принимаются службой поддержки по рабочим дням с 10:00 до 18:00. Обратиться в службу можно:

- по телефону: +7 (812) 330-0118;
- по e-mail: support@metrotek.ru.

## 12. Спецификации

### 12.1. Интерфейсы

Измерительные интерфейсы (A и B)	2×RJ-45 (10/100/1000 BASE-T)
	2×1G SFP (1000BASE-SX, 1000BASE-LX, 1000BASE-EX, 1000 BASE-T)
Интерфейсы управления	1×RJ-45 (10/100/1000BASE-T)
	1×USB B
Дополнительные интерфейсы	1×micro SD
	1×USB A (host)

### 12.2. Общие характеристики

Физические параметры	
Габаритные размеры измерительного блока (Д×Ш×В)	200×101×44 мм
Масса измерительного блока	0,48 кг
Дисплей, клавиатура	
Дисплей	320x240 точек, цветной
Клавиатура	Алфавитно-цифровая (25 клавиш)
Условия эксплуатации	
Диапазон рабочих температур	0–35 °C
Диапазон температур транспортировки и хранения	-10...+45 °C
Относительная влажность воздуха	80 % при температуре 25 °C
Электропитание	
Напряжение внешнего источника питания	18 В
Потребляемая мощность	6-24 Вт
Батарея	Li-ion
Время заряда батареи	около 3 часов
Время работы от батареи	до 6 часов (время работы зависит от типа выполняемых тестов и условий эксплуатации)
Измерение объёма данных	
Диапазон измерений количества информации (объёма данных), байт:	от 10 до $10^{11}$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений количества информации (объёма данных) в диапазоне, байт: от 10 до $10^7$ включ.: свыше $10^7$ до $10^{11}$ :	$\pm 10$ $\pm K \times 10^{-4}$ , где K - измеренное значение количества информации (объёма данных), байт
Другое	
Платформа	Не модульная, на базе Linux
Гарантия	12 или 24 месяца

### 12.3. Тестирование

Сохранение отчётов	<ul style="list-style-type: none"><li>– BERT, RFC 2544, Y.1564, пакетный джиттер</li><li>– Форматы отчётов: pdf, docx, html, txt</li></ul>
RFC 2544	<ul style="list-style-type: none"><li>– Асимметричное тестирование</li><li>– Симметричное тестирование</li><li>– Пропускная способность</li><li>– Потери кадров</li><li>– Задержка</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Предельная нагрузка</li> <li>- Параллельное тестирование</li> <li>- Задаваемые размеры кадров</li> <li>- Графические результаты</li> <li>- Задание параметров кадров</li> </ul>
ITU-T Y.1564	<ul style="list-style-type: none"> <li>- До 10 потоков данных с независимой конфигурацией нагрузки и заголовков кадра</li> <li>- Тесты конфигурации</li> <li>- Тест производительности</li> <li>- Тест CIR</li> <li>- Тест EIR</li> <li>- Тест Traffic Policing</li> <li>- Измеренное значение пропускной способности IR</li> <li>- Потери кадров (FLR)</li> <li>- Задержка передачи данных (FTD)</li> <li>- Отклонение задержки передачи данных (FDV)</li> <li>- Задание допустимого уровня потерь кадров</li> <li>- Задание допустимых уровней FTD, FDV</li> <li>- Задание М-фактора</li> <li>- Однонаправленное тестирование</li> <li>- Задание параметров кадров</li> </ul>
Приказ 870	<ul style="list-style-type: none"> <li>- До 4 потоков данных с независимой конфигурацией нагрузки и заголовков кадра</li> <li>- Измеренное значение пропускной способности на уровне L2</li> <li>- Средняя задержка передачи пакетов данных (PD - Packet delay)</li> <li>- Вариация задержки передачи пакетов данных (PDV - Packet delay Variation)</li> <li>- Коэффициент потерь пакетов данных (PL - Packet Loss)</li> <li>- Пропускная способность канала передачи данных (BW L2)</li> <li>- Задание допустимого уровня потерь кадров</li> <li>- Задание допустимых уровней PD, PDV</li> <li>- Задание допустимого уровня пропускной способности</li> <li>- Однонаправленное тестирование</li> <li>- Задание параметров кадров</li> </ul>
BERT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Физический, канальный, сетевой, транспортный уровни тестирования</li> <li>- Результаты анализа: BITs, EBITs, BER, LSS, %LSS, LOS, %LOS</li> <li>- Тестовые последовательности: CRTP, 2e11-1, 2e15-1, 2e20-1, 2e23-1, 2e29-1, 2e31-1, задаваемая пользователем (4 байта)</li> <li>- Режим случайного и постоянного размера кадров</li> <li>- Задание параметров кадров</li> </ul>
Пакетный джиттер	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Выбор порогового значения джиттера</li> <li>- Задание длительности измерений</li> <li>- PKTs – общее число принятых пакетов</li> <li>- OOOPs, %OOOPs – количество и процент пакетов, принятых не в том порядке, в котором они были отправлены</li> <li>- INOPs, %INOPs – количество и процент пакетов, принятых в том же порядке, в котором они были отправлены</li> <li>- Процент пакетов с джиттером меньше заданного порога</li> <li>- Процент пакетов с джиттером, большим или равным заданному порогу</li> <li>- Графическое и табличное отображения распределения джиттера</li> </ul>
IP-инструменты	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Эхо-запрос (Ping)</li> <li>- Маршрут (Traceroute)</li> <li>- DNS lookup</li> <li>- TCP-клиент</li> </ul>
Настройка параметров кадров	<ul style="list-style-type: none"> <li>- MAC- и IP-адрес отправителя/получателя</li> <li>- Номер порта отправителя/получателя</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Поля VLAN, MPLS, ToS, Precedence, DSCP</li> <li>- Размеры кадров 64–9600 байт</li> </ul>
Статистика 2819)	(RFC <ul style="list-style-type: none"> <li>- По типам кадров</li> <li>- По размерам кадров</li> <li>- По уровням</li> <li>- По ошибочным кадрам</li> <li>- Количество принятых и переданных пакетов</li> <li>- Отображение нагрузки на порту в реальном времени</li> <li>- Типы кадров: broadcast, multicast, unicast</li> <li>- Распределение по размерам</li> <li>- Количество кадров, переданных на канальном и сетевом уровнях</li> <li>- Пакеты сверхмалой (runt), сверхбольшой (jabber) длины и пакеты с ошибочной CRC</li> </ul>
Транзит	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Включение в разрыв соединения между сетевыми устройствами</li> <li>- Сбор статистических данных о проходящем трафике</li> </ul>
Шлейф (Loopback)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Интеллектуальный шлейф на физическом, канальном, сетевом и транспортном уровнях</li> <li>- Возможность подмены MAC-адресов, VLAN-меток, IP-адресов, UDP/TCP-портов</li> </ul>
Генерация тестового потока	<p>Возможность задавать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- размер кадра;</li> <li>- длительность генерации;</li> <li>- величину нагрузки;</li> <li>- параметры заголовков кадра.</li> </ul>
Тест времени	Измерение расхождения шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU) в соответствии с приказом Минкомсвязи России №277
Тестовые данные	Измерение количества переданных и принятых данных, а также продолжительность сеанса передачи в соответствии с приказом Минкомсвязи России №277
Перехват ARP	Отслеживание ARP-ответов, передающихся в сети, и «перехват» содержащихся в них IP- и MAC-адресов сетевых устройств
Удалённое управление	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Через USB-консоль</li> <li>- По сети с использованием SSH-протокола</li> <li>- Доступ к результатам тестов и отчётом через Web-интерфейс</li> </ul>
Прочее	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ЕТ-обнаружение: конфигурация режима «Шлейф» на удалённом Беркут-ЕТ</li> <li>- ОАМ: включение режима «Шлейф» канального уровня на удалённом устройстве по протоколу ОАМ в соответствии со стандартом IEEE 802.3ah</li> <li>- Тест кабеля – тест медного кабеля на обрыв, короткое замыкание, определение расстояния до точки обрыва</li> <li>- Пользовательские конфигурации – параллельное проведение 2 тестов BERT и/или RFC 2544</li> <li>- Двунаправленный тест RFC 2544</li> <li>- LACP монитор - проверка состояния агрегированных каналов</li> <li>- Информация об SFP - вывод сведений об SFP-модуле: производитель, модель, поддерживаемый режим передачи данных и т. д.</li> <li>- Синхронизация времени - поддержка протоколов PTPv2 (IEEE 1588) и NTPv4 (RFC 5905)</li> <li>- Поддержка VLAN Q-in-Q и MPLS</li> </ul>
Профили	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Настройки топологий, заголовков и размеров кадров для тестов RFC 2544, Y.1564, BERT, пакетный джиттер, тестовый поток, а также индивидуальные настройки для каждого из этих тестов</li> <li>- Настройки сетевых интерфейсов</li> <li>- Настройки IP-утилит: эхо-запрос, маршрут, TCP-клиент</li> </ul>

## 12.4. Опции поставки

ETIP	Поддержка сетевых программ и протоколов: Traceroute, DNS lookup, перехват ARP.
ETWEB	Тестирование HTTP-соединений (требует опции ETIP).
ETJT	Измерение пакетного джиттера в соответствии с методикой RFC 4689. Результаты анализа: PKTs, OOOPs, INOPs, %OOOPs, %INOPs, распределение джиттера, количество пакетов, джиттер которых был меньше/больше заданного порога. Режим случайного и постоянного размера кадра.
ETRC	Удалённое управление прибором по протоколу SSH, VNC управление через WEB.
ETMM	Тесты конфигурации и служб по рекомендации Y.1564. Возможность настройки до 10 сервисов с индивидуальными параметрами: MAC/VLAN/MPLS/IP/ToS/нагрузка.
ETAT <sup>2</sup>	Асимметричное тестирование: – измерение односторонней задержки, пропускной способности канала, потерь пакетов и джиттера; – диагностика каналов, характеристики которых различны для передающего и приёмного направлений.
ETBIDIR <sup>3</sup>	Двунаправленный тест по методике RFC 2544.
ET2P <sup>3</sup>	Поддержка двух передатчиков: проведение измерений на двух интерфейсах.
ETPTP	Синхронизация по протоколу PTPv2 позволяет выполнять измерение задержки по методике RFC 2544, а также анализ по рекомендации Y.1564 при тестировании асимметричных каналов. Асимметричное тестирование <sup>2</sup> : – измерение односторонней задержки, пропускной способности канала, потерь пакетов и джиттера; – диагностика каналов, характеристики которых различны для передающего и приёмного направлений.
ETMPLS	Поддержка до 3-х MPLS меток, конфигурация MPLS Label, MPLS CoS и MPLS TTL.
ETTIME	Измерение разности (расхождения) шкал времени в сетях операторов связи относительно национальной шкалы времени Российской Федерации UTC (SU) в соответствии с приказом Минкомсвязи России №277.
ETDATA	Измерение количества переданной (принятой) информации (данных) и продолжительности сеанса передачи данных в соответствии с приказом Минкомсвязи России №277.
ETLACP	Диагностика передачи управляющих пакетов протоколов второго уровня (Layer 2 Control Protocol).
ETSDT	Обнаружение и измерение кратковременных прерываний сервиса (Service Disruption Test).
ET870	Измерение параметров сетей передачи данных и обработка результатов в соответствии с приказом Минсвязи России №870 в автоматизированном режиме.

<sup>2</sup> Начиная с версии ПО 4.0.26/1.1.34, опция ETAT (асимметричное тестирование) входит в состав опции ETPTP. При открытии опции ETAT отдельно, не в составе ETPTP, функция асимметричного тестирования по-прежнему будет активирована, при этом опция ETAT в списке опций не отобразится.

<sup>3</sup> Начиная с версии ПО 4.0.26/1.1.34, двунаправленный тест и функция поддержки двух передатчиков включены в состав программного обеспечения прибора. Активация опций ET2P и ETBIDIR не требуется. Если ключ для опций содержит ET2P и ETBIDIR, после активации ключа эти опции не отобразятся в списке опций.